低温除湿乾燥器

仕様書

公立大学法人和歌山県立医科大学

１　調達物品の構成内容と必要な仕様

機器名：低温除湿乾燥器　一式

（内訳）　　数量

１　低温除湿乾燥器本体　１台

２　その他必要条件

１　障害支援体制

２　設置条件

３　その他

１　調達物品の構成内容と必要な仕様

１－１　低温除湿乾燥器本体

1-1-1　外形寸法は、W1200×D800×H1835㎜以下であること。

1-1-2　電源部は、AC100V20Aであること。

1-1-3　装置運転中に槽内の物品が確認できる構造であること。

1-1-4　小物乾燥用バスケット棚を５個以上セットできる構造であること。

1-1-5　本体材質は、SUS304＃400ヘアーライン以上であること。

1-1-6　棚が３段以上スライドできる構造であること。

1-1-7　扉の仕様は、折りたたみ観音式であること。

1-1-8　１回の運転で蛇管のみ３０本以上を同時に処理できること。

1-1-9　１回の運転でチューブのみ４５本以上を同時に処理できること。

1-1-10　１回の運転でチューブ、蛇管のセット本数を減らすことなく麻酔バックや酸素マスク、小物類を同時に処理できること。

1-1-11　乾燥方式は、温風乾燥と低温除湿乾燥の２モード選択式であること。

1-1-12　チューブ、蛇管の装着はカートリッジ式であり、装置本体と脱着でき手元でセットできる機能であること。

1-1-13　工程時間を１分単位で任意設定できる機能を有していること。

1-1-14　設定温度を室温～80℃まで、0.1℃単位で任意設定ができること。

1-1-15　温度表示を設定温度と庫内温度を切り替えて表示できること。

1-1-16　工程完了時に報知機能を備えていること。

1-1-17　麻酔用バッグを 10 個までセットできる構造であること。

1-1-18　周辺付属品として、以下の物が構成に含まれていること。

・蛇管用及びﾁｭｰﾌﾞ用ｶｰﾄﾘｯｼﾞ　　3 個

・ｱﾐ棚　　2 枚

・ｽﾗｲﾄﾞ棚　　3 枚

２ その他必要条件

２－１　障害支援体制

2-1-1　本機種に障害が生じた場合、復旧のための迅速な対応が行えること。

2-1-2　障害時対応として、修理部品が用意されていること。

2-1-3　サービスエンジニア体制が整っていること。

２－２　設置条件

2-2-1　設置の管理者、運用者に技術指導を行うこと。

2-2-2　納入期限は、平成２８年２月２９日（月）とする。

2-2-3　納入場所は、附属病院中央棟１階中央滅菌部とする。

2-2-4　指定納入場所への設置に関する据付、配線、調整等の作業は、契約金額内で施工すること。

2-2-5　当施設洗浄室内の電源増設工事を行うこと。

2-2-6　電源増設工事の現場確認等が必要であれば、平成２７年９月９日（水）までに経理課に連絡すること。

2-2-7　納入機器は、最新機、新造、未使用であること。

２－３　その他

2-3-1　日本語の取扱説明書を提供すること。

2-3-2　品質保証期間は、納入後１年間とする。

2-3-3　適合参考物品　　プロスパー　ASK-1200V（ノズル１０本仕様）
メーカー：アスカメディカル

2-3-4　同等品は、可とする。

ただし、適合参考物品以外で応札する場合は、平成２７年９月１６日（水）までに事務局経理課あて同等品であることを証明する書類（カタログ等を含む）を提出し、平成２７年９月２５日（金）までにその承認を得ること。

この場合において、適合参考物品以外の物品については、規格等の各項目についてその性能・機能、仕様書との相違点等を十分明らかにしなければならない。

2-3-5　仕様書に関する質問がある場合は、平成２７年９月１６日（水）までに下記へ書面により行うこと。

公立大学法人和歌山県立医科大学事務局経理課
〒641－8510
和歌山市紀三井寺８１１－１
TEL 073-441-0721(直通) / FAX 073-441-0706